

ESSAIS BITUME ENROBE



VISCOSIMÈTRE BRTA STV REDWOOD
REF. CT0122



Normes NF EN 12846-1, NF EN 12846-2

Viscosimètre Redwood BRTA STV TAR monoposte pour la détermination de la viscosité de bitumes fluidifiés et de bitumes fluxés.

Cet instrument se compose d'un bain (réservoir) en acier inoxydable, d'un agitateur, d'un rhéostat, d'un thermoplongeur avec thermostat numérique pour amener l'eau à la température souhaitée, d'un serpentin de refroidissement pour le raccordement à l'alimentation en eau. Il est également équipé d'un double thermostat de sécurité pour éviter les surchauffes accidentelles.

Livré complet avec :

- + Affichage digital de la température du bain,
- + Thermomètre IP 8C, plage 0 - 45 °C, subdivision 0,2 °C - Réf
- + Support d'obturateur,
- + Eprouvette graduée de 100 ml
- + godet et obturateur de 10 mm

Alimentation : 220-230V, 50/60 Hz, 1ph, 300 W

Dimensions : 265x270x550 mm

Poids : 12 kg.



contact@ctrmat.fr
www.ctrmat.fr

Photos et documents non contractuels