

CTR090/3 BÂTI D'ESSAI DE FLEXION AUTOMATIQUE 150 KN



Pour les essais sur éprouvettes de poutres en béton dimensions max. 150X150X600 (750) mm

**Normes : EN 12390-5
ASTM C78, C293
AASHTO T97
BS 1881:118**

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Cadre à haute rigidité complet avec 4 rouleaux réglables et articulés
- Distance max. entre les rouleaux supérieurs et inférieurs : 160 mm
- Espacement horizontale de la chambre d'essai : 240 mm
- Dimensions des rouleaux : Ø 40x160 mm
- Distance des rouleaux inférieurs réglable de 100 à 455 mm
- Distance des rouleaux supérieurs réglable de 40 à 155 mm
- Diamètre de la jauge 250 mm avec divisions de 0,5 kN
- Course max. du vérin 50 mm env.
- Dispositif hydraulique pour arrêter la course du piston à son excursion max., afin d'éviter le pompage du piston hors du cylindre.
- Alimentation électrique : 230V 1ph 50Hz 750W
- Dimensions : 610x510x980 mm
- Poids : 230 kg env.

