

**APPAREIL POUR ESSAI DE CONSISTANCE
CHAUX ET CIMENT**



Appareil utilisé pour déterminer la consistance du ciment à maçonner, du mortier ou de la chaux de construction.

Normes: NF EN 413-2 / EN 459-2 / EN 1015-4.

Hauteur de chute réglable avec précision jusqu'à 100 mm.

Livré complet de récipient d'essai dia. 80 mm x 70 mm et tige de compactage.



contact@ctrmat.fr
www.ctrmat.fr

Photos et documents non contractuels