

MATERIELS DE LABORATOIRE BTP GENIE CIVIL

ESSAIS SUR CIMENT MORTIER



APPAREIL VICAT MANUEL - NORME EN REF. CT0028/F



Appareil Vicat manuel pour la détermination du temps de prise des ciments et mortiers.


Normes NF EN 196-3

COMPOSITION

- Un cadre composé essentiellement d'un support métallique avec une tige coulissante
- Un indicateur réglable qui se déplace sur une échelle graduée. Une aiguille ou un piston fixé à l'extrémité inférieure de la tige pour atteindre le poids d'essai de 300 g.
- Un moule tronconique
- Une aiguille début de prise 1.13 mm
- Une aiguille fin de prise,
- Une sonde de consistance 10 mm
- Une plaque de base en verre
- Un thermomètre.



Poids : 4 kg.



contact@ctrmat.fr
www.ctrmat.fr

Photos et documents non contractuels