

APPAREILLAGE DE DENSITÉ APPARENTE DANS LA CHAUX



1

REF. CTE091

Poids: 5 kg

2


REF. CT0060/A

Poids : 2,5 kg

Appareillage utilisé pour déterminer la densité apparente de la chaux par la chute de l'échantillon d'une hauteur standard dans un récipient - en pesant la masse écoulée dans un récipient calibré à partir d'une hauteur déterminée.

Norme NF EN 459-2: Chaux de Construction - Partie 2 : méthodes d'essais

Composé d'un récipient cylindrique de 1 litre, d'une trémie de remplissage et fermeture à clapet.



contact@ctrmat.fr
www.ctrmat.fr

Photos et documents non contractuels