

MATERIELS DE LABORATOIRE BTP GENIE CIVIL

ESSAIS SUR BITUME ENROBE



APPAREILLAGE D'ESSAI DE STABILITÉ AU STOCKAGE DES ÉMULSIONS DE BITUME REF. CT0063/5



Le test est basé sur la mesure du tassement pour déterminer la stabilité au stockage des émulsions par décantation. conformément à la norme NF T66-022.

Ensemble muni d'un stabilisateur électrique de 12 V avec électrodes relié à un récipient inox de 500 ml et une verre de montre.

Fourni avec support et dispositif de fixation.

Alimentation: 230 V / Monophasé / 50-60 Hz

Dimensions: 200 x 200 x 520 mm

Poids : 4500 g.



contact@ctrmat.fr
www.ctrmat.fr

Photos et documents non contractuels