

APPAREIL COMPLET DE TENEUR EN EAU DES ÉMULSIONS BITUMINEUSES REF. CTR75DS



Normes NF EN 1428 , NF EN 12847, et ASTM D244

Ensemble utilisé pour la détermination de la teneur en eau des produits bitumineux et pétroliers.

L'appareillage est livré complet avec:

- + 1 chauffe ballon électrique avec thermostat -
Alimentation: 230 V 1ph 50 Hz 500 W
- + 1 ballon en verre de 500 ml,
- + 1 Tube recette 25 ml avec réfrigérant et robinet,
- + 1 base support et noix de fixation pour tenir l'ensemble et accessoires

Poids total: 8 kg.



contact@ctrmat.fr
www.ctrmat.fr

Photos et documents non contractuels