



APPAREIL COMPLET DE TENEUR EN EAU DES ÉMULSIONS BITUMINEUSES - REF. CTR75DS

L'appareil CTR75DS est l'équipement de référence pour la mesure précise de la teneur en eau dans les émulsions bitumineuses, les bitumes fluxés et les pétroles bruts par la méthode de distillation.

Conçu pour répondre aux exigences des laboratoires BTP et de contrôle qualité, cet ensemble complet allie robustesse thermique et précision de lecture, garantissant des résultats conformes aux normes d'essais internationales. Sa verrerie en borosilicate de haute qualité assure une résistance optimale aux solvants et aux chocs thermiques répétés.

Normes NF EN 1428 , NF EN 12847, et ASTM D244

MÉTHODE D'ESSAI

Distillation par entraînement azéotropique

COMPATIBILITÉ

Émulsions de bitume, huiles, graisses et solvants

COMPOSITION

- Capacité du ballon: 500 ml (Rodage 29/32)
- Matériau: Verre Borosilicate 3.3 (Haute résistance chimique)
- Type de réfrigérant: Réfrigérant à reflux
- Tube récepteur: Gradué 25 ml
- Chauffe ballon électrique avec thermostat - Alimentation: 230 V 1ph 50 Hz 500 W
- Base support et noix de fixation pour tenir l'ensemble et accessoires
- Poids total: 8 kg.

CTRMAT — La Rigueur du Labo, la Force du Terrain

Siège social : 6 Chemin de la bourgogne 95590 Presles

Tél : 01 85 13 27 02 | Email : contact@ctrmat.fr | Web : www.ctrmat.fr

SIRET : 98222516100016 | TVA : FR86982225161 | Capital : 20 000 €

Photos et documents non contractuels

